

## 自動水質測定機器交換部品一覧

品名	単位	数量	令和9年度 2027年度	令和10年度 2028年度	令和11年度 2029年度	令和12年度 2030年度	令和13年度 2031年度	令和14年度 2032年度	令和15年度 2033年度	令和16年度 2034年度	令和17年度 2035年度	令和18年度 2036年度
シリンジポンプヘッド ASSY	P	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
試薬ポンプ用シリンジキット	S	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
(5セット) 試薬ポンプ用ピストン	P	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ローラーポンプチューブ交換キ ット	S	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Oリングキット	S	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PFAチューブ	m	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
スリーブΦ3	P	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ユニチューブ	P	0.5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
グリース	P	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ポリエチレンチューブ (純水器内臓の場合)	m	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Zユニオンスリーブ(Φ6) (純水器内臓の場合)	P	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ロール記録紙 (オプション付きの場合)	P	6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
純水カートリッジ (純水器内臓の場合)	P	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
エアポンプ(P7)	P	1	○		○		○		○		○	
送液ポンプ S.ASSY (P8、P10)	P	2	○		○		○		○		○	
送液ポンプ S.ASSY (P9)	P	1	○		○		○		○		○	
PFAチューブ 2×3Φ	m	10	○			○				○		
電磁弁 AV-1302	P	3	○			○				○		
電磁弁 AV-3202	P	5	○			○				○		
電磁弁 USB3-6-1	P	1	○			○				○		
ヒーターアッセンブリー	S	1	○			○				○		
交換用ランプ	P	1					○					○
マニホールド用3方 電磁弁 ASSY AV-1302	P	3					○					○
マニホールド用2方 電磁弁 ASSY AV-1202	P	1					○					○
廃液用電磁弁 ASSY SAVR-3322	P	1					○					○
試薬ポンプモーター ASSY	P	5					○					○
試薬チューブ	m	3					○					○
試薬チューブ	m	2					○					○
試薬チューブ	m	2					○					○
試薬チューブ	m	2					○					○
試薬チューブ	m	3					○					○
反応槽	P	1					○					○
電磁弁 ASSY(コネクタ付)	P	3					○					○
シリンジポンプモーターASSY	P	1					○					○
バッファータンク	S	1	適宜									
リザーバータンク	S	1										
メインボード (手配時シリアル指定)	P	1										

※ 単位欄の記載について、「S：個」、「P：式」、「m：メートル」を表す。